

Guía de ajustes basada en las flechas de tendencia

Flechas de tendencia	Que significa	Factor de corrección (mg/dL)	Ajuste de dosis de insulina
MiniMed: ↑↑↑ Dexcom: ↑↑	Que el nivel del sensor está aumentando 3 mg/dl o más por minuto	< 25	+4
		25-49	+3
		50-74	+2
		75-124	+1
		>=125	+0.5
MiniMed: ↑↑ Dexcom: ↑ Libre: ↑	Que el nivel del sensor está aumentando entre 2 y 3 mg/dl por minuto Libre: el nivel está aumentando rápidamente - más de 2 mg/dl por minuto	< 25	+3
		25-49	+2
		50-74	+1
		75-124	+0.5
		>=125	No ajustar
MiniMed*: ↗ Dexcom: ↑ Libre:	Que el nivel está aumentando entre 1 y 2 mg/dl por minuto	< 25	+2
		25-49	+1
		50-74	+0.5
		75-124	No ajustar
		>=125	No ajustar
MiniMed*: ninguna Dexcom: → Libre: →	Medtronic: no hay flecha Dexcom y Libre: el nivel del sensor está cambiando poco, menos de 1 mg/dl por minuto. Estable	< 25	No ajustar
		25-49	No ajustar
		50-74	No ajustar
		75-124	No ajustar
		>=125	No ajustar
MiniMed*: ↘ Dexcom: ↓ Libre:	El nivel del sensor está bajando entre 1 y 2 mg/dl por minuto	< 25	-2
		25-49	-1
		50-74	-0.5
		75-124	No ajustar
		>=125	No ajustar
MiniMed: ↓↓ Dexcom: ↓ Libre: ↓	El nivel del sensor está bajando entre 2 y 3 mg/dl por minuto Libre: el nivel está bajando rápidamente: más de 2 mg/dl por minuto	< 25	-3
		25-49	-2
		50-74	-1
		75-124	-0.5
		>=125	No ajustar
MiniMed: ↓↓↓ Dexcom: ↓↓	El nivel del sensor está bajando 3 o más mg/dl por minuto	< 25	-4
		25-49	-3
		50-74	-2
		75-124	-1
		>=125	-0.5